

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報29

注射ラベルの貼り替えは慎重に！

<こんなことがありました>

ミラクリット入りのソルラクト点滴を1日4本オーダーされていたが、一日2本へ変更となり、新しいラベルを発行。そのラベルを別患者の単味のソルラクトに貼りつけバーコード照合したところ、「○」が出たため投与した。処置台の上にミラクリット入りのソルラクトが残っており、間違えに気づいた。


1、中味とラベルが合致しているかWチェックしてから貼りかえる



注射ラベル



2、確認してから貼りつけ、バーコード照合して投与



ラベルが正しければ、中味が違うものであってもバーコード照合すると「○」が出てしまいます。
ラベルの貼り替えは非常にリスクを伴うものだという認識を持ち、可能な限り、Wチェックを行ってください