

いつもインシデント報告ありがとうございます



京大病院医療安全情報③

2011.7.12


手術出棟時、装着物の確認はできていますか？

こんなインシデントが続きました

- ◆手術終了時、カツラがずれている事に気づき、初めてカツラ装着の患者さんである事に気付いた
- ◆義歯がないと申し送りを受けたが最終確認の際
義歯は装着のままだった



カツラや義歯には**金属**が使用されていることが多く
手術室では**電気メス**を使用することもあるので
熱傷のおそれもあり、**大変危険**です！
カツラについては特に自己申告しにくい物だと思いますが、必要性をよく説明し、今一度正確な確認を
よろしくお願ひいたします。



手術部・医療安全管理室

