

転倒転落防止情報⑬

患者移乗時には ストッパーを確認しましょう

患者さんをベッドからストレッチャーに移す時やベッドから検査台に移す時などに、ベッドやストレッチャーのストッパーがかかっておらずロールボードごと転落する事例が続いています。



あ！落ちる！

ストッパーがかかっていません



ベッド・ストレッチャー移乗時の安全確認

複数の医療者で移乗介助を行うときは、「ストッパーをかけたか」**声をかけ合い確認**しましょう。